



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: DA  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0004361  
DATA: 25/03/2025  
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN BISTURI AD  
ULTRASUONI PER LE ESIGENZE DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Francesca Comellini

CLASSIFICAZIONI:

- [05-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0004361_2025_Lettera_firmata.pdf:	Comellini Francesca	F9B54A0D218BA5AFEF9ABD32061EAD24 E22466D4DA83C067978B36C6FB2B892D
PG0004361_2025_Allegato1.pdf:		DD772B8A9121D06F53C1350B5F60F0680 BD33A3A1D2A869A7CC37E37BD2B4A99



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



A CHI DI COMPETENZA  
LORO SEDI  
00000

**OGGETTO:** INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN BISTURI AD ULTRASUONI PER LE ESIGENZE DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI.

Con la presente si intende espletare indagine di mercato avente ad oggetto la fornitura di un bisturi ad ultrasuoni, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenza, parità di trattamento, rotazione e trasparenza, le ditte da invitare alla procedura di acquisizione.

**Obiettivo:**

Sistema ad Ultrasuoni idoneo alla frammentazione, emulsione e aspirazione del tessuto da rimuovere; particolarmente utile per rimuovere rapidamente e con estrema precisione sia tessuto necrotico che osso; queste caratteristiche lo rendono indicato nella chirurgia vertebrale oncologica, ma anche per applicazioni in chirurgia ortopedica, plastica e ricostruttiva.

**REQUISITI MINIMI del sistema**

- Sistema ad Ultrasuoni dotato di manipoli a 36 e 23 KHZ di peso ridotto e diverse tipologie di kit e punte
- Completo di carrello e sistema di attivazione a pedale atto all'uso in sala operatoria
- Indicazione d'uso anche per chirurgia ortopedica
- Presenza di funzione "Tissue Select" idonea a preservare vasi e arterie durante la rimozione del tessuto patologico (fornisce potenza e precisione ottimale per massimizzare prestazioni chirurgiche attraverso regolazione dell'ampiezza di escursione punta, aspirazione, selettività dei tessuti da frammentare)
- Certificato CE Dispositivo medico MDR 2017/745 (o dichiarazione ai sensi 2023/607 qualora CE 93/42)

Le ditte interessate dovranno:

- compilare il questionario riportante le caratteristiche indispensabili
- indicare identificativo del sistema proposto (produttore e modello)
- allegare documentazione tecnica illustrativa
- allegare il certificato CE MDR o, qualora risultasse certificato MD 93/42, quanto previsto ai sensi del Regolamento Europeo 2023/607



Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento del servizio.

Qualora Codesta ditta sia interessata ed in possesso dei requisiti richiesti dovrà inviare la sola documentazione tecnica all'indirizzo di posta elettronica pec: [acquisti@pec.ior.it](mailto:acquisti@pec.ior.it) **entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 aprile 2025.**

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente da:

**Francesca Comellini**  
(Dirigente Responsabile

S.S. Gare e Procedure contrattuali)

Responsabile procedimento:  
Nadia Sciolì

**Indagine di mercato per la fornitura di un bisturi ad US per le esigenze dell'Istituto Ortopedico Rizzoli**

fabbricante			
modello			
CARATTERISTICHE INDISPENSABILI	SI	NO	NOTE
Sistema ad Ultrasuoni dotato di manipoli a 36 e 23 KHZ di peso ridotto			
Disponibilità di diverse punte e kit			
Indicazione d'uso anche per chirurgia ortopedica			
Dotato di carrello e sistema di attivazione a pedale adatti all'uso in sala operatoria			
Presenza di funzione Tissue Select idonea a preservare vasi e arterie durante la rimozione del tessuto patologico (fornisce potenza e precisione ottimale per massimizzare prestazioni chirurgiche attraverso regolazione dell'ampiezza di escursione punta, aspirazione, selettività dei tessuti da frammentare)			
Dispositivo Medico ai sensi 2017/745 MDR			