



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: DA

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0005518

DATA: 14/04/2025

OGGETTO: Indagine di mercato per un servizio di manutenzione su impianto di aspirazione SEGA OSSA MINERVA ubicata presso il Servizio di Anatomia Patologia per le esigenze dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Francesca Comellini

CLASSIFICAZIONI:

- [05-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0005518_2025_Lettera_firmata.pdf:	Comellini Francesca	159FE9A647ED7FE9B9BB85BF9E8614EE CAE1758BF344CEDAC8829FA4B0CE4D1D
PG0005518_2025_Allegato1.pdf:		9047D8D9E43A63051387C76285F8AB1C0 843BB4629D65912B3B7C09A19B04AFA



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



A CHI DI COMPETENZA
LORO SEDI
00000

OGGETTO: Indagine di mercato per un servizio di manutenzione su impianto di aspirazione SEGA OSSA MINERVA ubicata presso il Servizio di Anatomia Patologia per le esigenze dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.

Con la presente si intende espletare indagine di mercato avente ad oggetto un servizio pluriennale di manutenzione su impianto di aspirazione SEGA OSSA MINERVA, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenza, parità di trattamento, rotazione e trasparenza, le ditte da invitare alla procedura di acquisizione del servizio secondo la tipologia contrattuale di seguito specificata.

Tipologia apparecchiatura:

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE DEDICATO AL MACCHINARIO "SEGA OSSA MINERVA"

Il servizio dovrà essere garantito, alle condizioni di seguito indicate, comprendendo tutti i servizi inseriti nell'ALLEGATO 1, senza alcuna esclusione. A tale elenco potranno essere aggiunti ulteriori servizi.

Manutenzioni incluse nel contratto

- **Nr. 1 Manutenzione completa Annuale;**
- **Nr. 1 Manutenzioni intermedia da eseguire separatamente a quella completa;**

Requisiti minimi richiesti:

Il contratto di manutenzione deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Personale tecnico specializzato ed adeguatamente formato per assicurare la gestione manutentiva secondo standard di sicurezza, affidabilità ed efficienza
- Disponibilità di parti di ricambio originali o compatibili funzionalmente equivalenti
- Disponibilità di materiale di consumo quali: Filtro assoluto, Prefiltro, detergente ecologico per sanificazione cappa, DPI
- Esecuzione delle attività da concordare con il servizio di competenza ed il personale dell'ufficio tecnico

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura dovrà essere esclusivamente inviata a mezzo e-mail all'indirizzo: **acquisti@pec.ior.it entro le ore 12:00 del giorno 30 Aprile 2025. (16gg)**



Il presente avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che sarà libera di interrompere il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

A disposizione per eventuali informazioni, si porgono cordiali saluti.

Firmato digitalmente da:

Francesca Comellini

Responsabile procedimento:
Alexandro Calin

Manutenzione programmata su impianto di aspirazione SEGA OSSA MINERVA ubicata presso il Servizio di Anatomia Patologia

Tipologia di manutenzione	Descrizione	Q.tà
MANUTENZIONE COMPLETA ANNUALE	Sanificazione e lavaggio cappa tangenziale sega ossa e primo tratto di circuito fino al gruppo filtro	1
	Sanificazione del vano interno all'alzata di cappa in PVC trasparente ed eventuale siliconata del piano INOX	1
	Sostituzione di filtro e prefiltro a servizio dell'impianto sega ossa	1
	Inserimento filtri esausti in sacco dedicato e posizionamento del sacco in luogo idoneo.	1
	Controllo aspiratore ed eventuale rimozione della polvere dal motore elettrico.	1
	<p>Controllo portate con strumento idoneo e calibrazione strumento confermata da certificato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controllo della velocità sul frontale cappa. - Rilascio di documentazione con indicato la tipologia e la velocità attuale sul frontale della cappa. - Rilascio documentazione con indicato la portata attuale della cappa. 	1

Tipologia di manutenzione	Descrizione	Q.tà
MANUTENZIONE INTERMEDIA DA ESEGUIRE SEMESTRALMENTE	Sanificazione e lavaggio cappa tangenziale sega ossa e primo tratto di circuito fino al gruppo filtro	1
	Sanificazione del vano interno all'alzata di cappa in PVC trasparente ed eventuale siliconata del piano INOX	1
	Sostituzione del prefiltro a servizio dell'impianto sega ossa	1
	Inserimento filtri esausti in sacco dedicato e posizionamento del sacco in luogo idoneo	1
	Controllo aspiratore ed eventuale rimozione della polvere dal motore elettrico.	1